LMI | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Susitikimas su degalinių atstovais

Aktualijos • Reikalavimai • Bendradarbiavimas



LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Susitikimo darbotvarkė

- Įvadinis žodis
- LMI atliktų degalinių patikrinimų rezultatai ir jų palyginimas su ankstesniais metais
- Patikrinimų praktika ir dažniausi pažeidimai
- Probleminiai klausimai, susiję su paskirtųjų įstaigų veikla
- Kaip tinkamai pasirengti LMI patikrinimui
- Klausimai ir diskusija

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Apie mus

Lietuvos metrologijos inspekcija

Siekti apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, o šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

- **Teisinė metrologinė priežiūra**
- **Paskirtosios įstaigos**
- **Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras**
- **Matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato blankų gamyba ir naudojimo kontrolė**
- **Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos**
- **Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo veiklos koordinavimas**
- **Leidimai ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais**
- **Kasos aparatų ekspertizė bei jų techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikavimas**

Pagrindiniai veiklos rodikliai

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PATIKRINIMŲ VEIKLA / 2024–2026 M.

188

Atlikta patikrinimų

4 835

Patikrinta MP, vnt.

50

MP patikrinta po pranešimo

25,7

MP per vieną patikrinimą

Atliktų patikrinimų ir patikrintų MP palyginimas

PATIKRINIMŲ VEIKLA / 2024–2026 M.



MP patikrinta po pranešimo

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PATIKRINIMŲ VEIKLA / 2024–2026 M.



50 vnt.
Iš viso patikrinta 2024–2026 m.

78,8 % mažiau
2026 m., palyginti su 2025 m.

Vidutinis MP skaičius per vieną patikrinimą

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PATIKRINIMŲ VEIKLA / 2024–2026 M.



2026 m. veiklos suvestinė

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PATIKRINIMŲ VEIKLOS STEBĖSENA

64
Atlikta patikrinimų

1 879
Patikrinta MP, vnt.

7
MP patikrinta po pranešimo

29,4
MP per vieną patikrinimą

0,37 % MP po pranešimo santykis (7 / 1 879)



Patikrinimai ir pažeidimai 2024–2026 m.

ATLIKTI PATIKRINIMAI IR NUSTATYTI PAŽEIDIMAI PAGAL METUS

188
Atlikti patikrinimai

22
Nustatyti pažeidimai



Patikrinimai pagal vykdymo pobūdį 2024–2026 m.

ATLIKTI PATIKRINIMAI, JŲ PASISKIRSTYMAS IR PAŽEIDIMAI NEPLANINIUOSE PATIKRINIMUOSE

188
Iš viso patikrinimų

179
Planiniai patikrinimai

9
Neplaniniai patikrinimai

5
Pažeidimai neplaniniuose patikrinimuose



Planinių ir neplaninių patikrinimų rezultatai

PATIKRINIMŲ VEIKLA / 2024–2026 M.

2024 m.

58

Atlikta patikrinimų



0 %

Neplaninių, kai nustatyta pažeidimų, dalis

2025 m.

66

Atlikta patikrinimų



33,3 %

Neplaninių, kai nustatyta pažeidimų, dalis

2026 m.

64

Atlikta patikrinimų



25 %

Neplaninių, kai nustatyta pažeidimų, dalis

Pažeidimų nenustatyta

Nustatyta pažeidimų

188

Atlikta patikrinimų

177

Planiniai

11

Neplaniniai

27,3 %

Neplaninių, kai nustatyta pažeidimų, dalis

Patikrinimų ir nustatytų pažeidimų geografija

PATIKRINIMŲ VEIKLA / 2024–2026 M.

188

Atlikta patikrinimų

22

Patikrinimai, kurių metu nustatyta pažeidimų

Patikrinimų vietos

Nustatytų pažeidimų vietos

Žemėlapyje žymimos vietos,
o ne atskirų patikrinimų skaičius.



Nustatytų pažeidimų pobūdis

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PAŽEIDIMŲ KATEGORIJOS / 2024–2026 M.



Pažeidimų kategorijų dinamika

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PALYGINIMAS PAGAL METUS



Metrologijos įstatymo reikalavimai

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

PAŽEIDIMAI PAGAL STRAIPSNIUS



Matavimo priemonės be galiojančios patikros

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

NEATITIKTYS PAGAL MATAVIMO PRIEMONIŲ RŪŠIS



Pagrindinės išvados ir prioritetai

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

METROLOGINĖ PRIEŽIŪRA / 2024–2026 M.

11

Periodinė patikra

Užtikrinti visų naudojamų MP patikrų galiojimą.

9

Plombavimas

Tikrinant vadovautis taikytinomis plombavimo schemomis.

4

Matavimo paklaida

Kontroliuoti dozavimo tikslumą, ypač LPG kolonėlėse.

3

MP sąrašas

Sudaryti, patvirtinti ir aktualizuoti MP sąrašus.

Probleminiai klausimai, susiję su paskirtųjų įstaigų veikla

PAGRINDINĖS PASTABOS IR REKOMENDACIJOS



Plombavimo schemos

Užtikrinti, kad matavimo priemonės būtų užplombuotos pagal galiojančią plombavimo schemą, ir paskirti atsakingą naudotoją, kuris kontroliuotų plombavimo reikalavimų laikymąsi.



Nebenaudojamų schemų išregistravimas

Laiku išregistruoti neaktualias plombavimo schemas (pvz., nenaudojamų kolonėlių) – dėl to kreiptis į Lietuvos metrologijos inspekciją.

Aktualūs reikalavimai degalinėms

PASIRENGIMAS LMI PATIKRINIMUI



Matavimo priemonių sąrašai

Sudaryti, patvirtinti ir aktualūs MP sąrašai.



Patikros dokumentai

Galiojanti patikra ir dokumentų prieinamumas MP naudojimo vietoje.



Žymenys ir plombos

Galiojantys žymenys, nepažeistos plombos ir apsaugos priemonės.



Techninė būklė

Tvarkingos ir tinkamai eksploatuojamos matavimo priemonės.

LMI LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Bendradarbiavimas ir pagalba

- Konsultacijos ir metodinė pagalba
- Aktuali informacija mūsų tinklalapyje
- Klausimai dėl konkrečių situacijų

Tikslūs matavimai – sąžiningo verslo ir vartotojų pasitikėjimo pagrindas.

LMI | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Klausimai ir diskusija

Kviečiame pasidalyti patirtimi ir pasiūlymais.

