



**VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS
DĖL BENDROSIOS PATIKROS METODIKOS BPM 8871101-20:2010 „LANKSČIOSIOS
ILGIO MATAVIMO PRIEMONĖS“ PAKAITIMO Nr. 1 PATVIRTINIMO**

2014 m. gegužės 20 d. Nr. V- 63
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi bei Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-179, 27 punktu:

1. T v i r t i n u bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-20:2010 „Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės“ Pakeitimą Nr. 1 (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Metrologijos skyrių nustatyta tvarka perduoti patvirtintą bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-20:2010 „Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės“ Pakeitimą Nr. 1 (originalą) į AB „Vilniaus metrologijos centras“ patikros metodikų fondą.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-20:2010 „Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės“ Pakeitimas Nr. 1 įsigalioja 2014 m. birželio 3 d.

L. e. direktoriaus pareigas



Gerda Krukonienė

Parengė

Svetlana Vinžanova

PATVIRTINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos

direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. V-63

LANKŠČIOSIOS ILGIO MATAVIMO PRIEMONĖS

(Ruletės ir matavimo juostos)

BENDROSIOS PATIKROS METODIKOS

BPM 8871101-20:2010

PAKEITIMAS

Nr.1

Parengė
AB „Kauno metrologijos centras“
direktorius

Aleksejus Treščenko
2014 - 04 - 30

Tiesioginis rengėjas
AB „Kauno metrologijos centras“
Geometrinių matavimų sektoriaus viršininkė

Marytė Mertingienė
2014 - 04 - 30

Patikrino
Valstybinė metrologijos tarnyba

Veriausioji specialistė

/ *Svetlana Ivanovna*

2014 - 05 - 20

1. Pakeitimo priežastis.

Keičiama punkto 5.1 redakcija.

2. Pakeitimo esmė.

Praplečiamos santykinio oro drėgnio ribos, kadangi tai neįtakoja patikros rezultatų.

3. Keičiamas punktas:

5.1. punkto sena redakcija:

Patikra vykdoma esant šioms sąlygoms:

- aplinkos temperatūra $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- santykinis oro drėgnumas $(60 \pm 20) \%$.

5.1. punkto nauja redakcija:

Patikra vykdoma esant šioms sąlygoms:

- aplinkos temperatūra $(15 \dots 25) ^\circ\text{C}$;
 - santykinis oro drėgnis $(20 \dots 80) \%$.
-