



LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO
2024 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKIMO NR. 11V-208-(1.2 E) „DĖL BENDROSIOS
PATIKROS METODIKOS BPM 111950581-21:2024 „STIKLINIAI SKYSČIO
TERMOMETRAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2025 m. balandžio d. Nr. 11V- (1.2 E)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ 1.1.6 papunkčiu, Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2025 m. balandžio 22 d. derinimo raštą Nr. 3-1172 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2024 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 11V-208-(1.2 E) „Dėl bendrosios patikros metodikos BPM 111950581-21:2024 „Stikliniai skysčio termometrai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo“:

1. P a k e i č i u Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2024 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 11V-208-(1.2 E) „Dėl bendrosios patikros metodikos BPM 111950581-21:2024 „Stikliniai skysčio termometrai“ patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. Pakeičiu Įsakymo 4 punktą ir išdėstau jį taip:

„4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2025 m. spalio 1 d.“

1.2. Pakeičiu Įsakymo 1 punktu patvirtintos bendrosios patikros metodikos BPM 111950581-21:2024 „Stikliniai skysčio termometrai“ (toliau – Metodika) 1 punktą ir išdėstau jį taip:

„1. Bendroji patikros metodika BPM 111950581-21:2024 Stikliniai skysčio termometrai“ (toliau – metodika) skirta laboratoriniams, techniniams, meteorologiniams, elektrokontaktiniams, naftos produktų stikliniams, maksimaliems medicininiams stikliniams termometrams ir minėtų termometrų analogams, pagamintiems iš plastikinių polimerų (toliau kartu – termometrai) tikrinti. Šioje metodikoje numatomi metodai ir priemonės, naudojamos vykdant termometro pirminę, periodinę ir neeilinę patikrą (toliau kartu – patikra).“

1.3. Pakeičiu Metodikos 14 punkto 14.6.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

„14.6.3. Maksimalaus medicininio termometro rodmens pokytis d turi tenkinti šio papunkčio sąlygą:

$$d \leq 0,006 \cdot (t_{\text{termostato}} - t_{\text{aplinkos}}),$$

čia: t_{aplinkos} - užfiksuota aplinkos temperatūra;

$t_{\text{termostato}}$ - užfiksuota temperatūra termostate.

Jeigu sąlyga netenkinama, maksimalus medicininis termometras pripažįstamas neatitinkančiu metodikos reikalavimų.“

1.4. Pakeičiu Metodikos 20 punktą ir išdėstau jį taip:

„20. Esant teigiamiems patikros rezultatams ir užsakovui pageidaujant, termometras pažymimas patikros žymeniu (lipduku) taip, kad jis netrukdytų termometro rodmenų nuskaitymui ir identifikavimui.“

2. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos skyriui pateikti šio įsakymo nuorašą Metodikos pakeitimo projekto rengėjui ir paskirtosioms įstaigoms, atliekančioms stiklinių termometrų patikrą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 1.1 papunktį ir 2 punktą, įsigalioja 2025 m. spalio 1 d.

Viršininkas

Vaidas Gricius

Parengė
Teisinės metrologijos skyriaus
patarėja

Alma Gaižienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos metrologijos inspekcija 193295631, A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2024 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 11V-208-(1.2 E) „DĖL BENDROSIOS PATIKROS METODIKOS BPM 111950581-21:2024 „STIKLINIAI SKYSČIO TERMOMETRAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-24 Nr. 11V-43-(1.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Gričius, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	VAIDAS GRICIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-24 10:00:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 10:01:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 18:24:39 – 2027-02-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-24 10:35:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-24 10:35:08 DBSIS